ß-carotene Analysis

1. Analytical Condition

YL 9100 Series

Mobile Phase : THF 20 / MeOH 80(premix)

Flow rate : 1 mL

Column oven : 35℃

Detector : UV 450 nm

Column : Shiseido MG C18 4.6*250 mm, 5 um

2. Chromatogram